for.Gin
Ginecologia

PESSARIO A CUBO PERFORATO

La particolare forma del pessario permette di utilizzare il dispositivo per la contenzione del prolasso degli organi pelvici di tutti i gradi. Questo modello è tra le scelte più indicate per le donne che hanno uno stile di vita dinamico.

Un esempio di pessario cubico: si notano i fori per il drenaggio delle secrezioni vaginali e il cordino per la rimozione agevolata del dispositivo medico.

I pessari cubici trattengono il prolasso rimanendo particolarmente aderenti alle pareti vaginali e creando una sorta di effetto sottovuoto. Un pavimento pelvico intatto non costituisce quindi condizione esclusiva per il suo utilizzo.
Questi dispositivi sono indicati soprattutto in caso di prolasso uterino di terzo e quarto grado, in presenza di cistocele o rettocele, nel trattamento dei disturbi della minzione o in quelli durante il rapporto sessuale e prima dell'intervento chirurgico.
Consigliati quando si cerca un sostegno efficace durante la quotidianità della paziente (lavoro, sport) e quando la stessa abbia un buon livello di autonomia nella collocazione e rimozione del dispositivo (prima di un rapporto sessuale o di andare a dormire).

Qui accanto un esempio di un pessario a cubo inserito lungo il canale vaginale.

Nella figura, il dispositivo è collocato con la funzione di contenzione del prolasso uterino; in presenza di cistocele o rettocele, solitamente si utilizza una misura tale da riposizionare anche la vescica e/o il retto.



Questo documento è di proprietà di For.me.sa. Srl - via Canvelli,6 - 43015 Noceto (PR) - Italia - Vietata la riproduzione.
This document is a property of For.me.sa. Srl - via Canvelli,6 - 43015 Noceto (PR) - Italia - Copying is prohibited.



Qui accanto un breve riepilogo della manovra di inserimento, come il pessario deve essere impugnato e come è necessario posizionarlo.

Il medico dovrà scegliere accuratamente la misura corretta per la paziente: in questa fase è consigliato l'impiego di un lubrificante (a propria discrezione ed in presenza di particolari casistiche, potrebbe essere scelto un gel ad azione antibiotica). Una volta raggiunta la corretta posizione, il dispositivo non dovrà né causare disagio alla paziente né spostarsi dalla sede.
Per inserire il pessario a casa, in autonomia e analogamente all'inserimento di un tampone, il piede viene posizionato su una sedia, sul bordo del letto o sdraiandosi se necessario; a questo punto, il cubo può essere spinto verso la vagina, aiutandosi con la lunghezza delle dita. Il consiglio è di utilizzare anche a casa un lubrificante per favorire questa delicata manovra.
Per rimuovere il pessario sarà sufficiente tirare verso il basso il cubo aiutandosi con l'apposito filo, cercando di tirarlo in direzioni diverse affinché si annulli l'effetto "sottovuoto" e sia più facile l'estrazione.



Precauzioni generali
Se la paziente è impossibilitata ad urinare, ma anche se l'incontinenza è intensificata dal pessario, il dispositivo deve essere rimosso e deve essere scelto un modello dal diametro diverso.
La paziente deve essere istruita a segnalare prima possibile qualsiasi problematica, disagio o dolore, legati all'utilizzo del dispositivo medico.
Pulizia: il dispositivo viene pulito sotto acqua corrente ed eventualmente del sapone neutro. Si sconsiglia l'uso di disinfettanti aggiuntivi. Eccezionalmente, è possibile utilizzare uno spazzolino da denti morbido.
Materiale: silicone europeo. Il pessario è prodotto con materiale biologicamente inerte. Nel prodotto non sono presenti derivati del sangue umano, tessuti di origine animale, sostanze chimiche nocive e sostanze medicinali.
La sicurezza di tutti i materiali che fanno parte del pessario è confermata dai protocolli di prova: 011/958/08-01.0115/959/08-01 (citotossicità, irritazione, sensibilizzazione).
Controindicazioni: allergie al silicone.

for.me.sa.
forniture medico sanitarie
For.me.sa. SRL
0521 628482 - e-commerce: www.pessario.it
alessandra.bacchimodena@formesa.it

Questo documento è di proprietà di For.me.sa. Srl - via Canvelli,6 - 43015 Noceto (PR) - Italia - Vietata la riproduzione.
This document is a property of For.me.sa. Srl - via Canvelli,6 - 43015 Noceto (PR) - Italia - Copying is prohibited.